

Kiegészítő tájékoztatás 2
2018/S 019-038875

Ajánlatkérő neve: Felső-Szabolcsi Kórház
Eljárás tárgya: Higiénés eszközök beszerzése a Felső-Szabolcsi Kórház számára adásvételi szerződés keretében
Eljárás típusa: Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
Hivatkozási szám: EFOP-2.2.18-17-2017-00064 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Felső-Szabolcsi Kórházban

Ajánlatkérő a fenti tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a felhívás 2018. január 27-én 2018/S 019-038875 szám alatt jelent meg.

Kiegészítő tájékoztatás Ajánlattevő által feltett kérdések vonatkozásában.
Ajánlatkérő által megadott válaszokat dőlt, félkövér betűtípussal tüntetjük fel.

1. Kérdés:

2. ajánlati rész: Záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer

Műszaki specifikáció szerint: LCD képernyővel rendelkezzen a készülék

Kérdés:

Az általunk megajánlani kívánt készülék LED kijelzővel támogatott, azzal egybeépített érintőpaneles technológiai megoldással rendelkezik, mely véleményünk szerint funkcionálisan egyenértékű az LCD kijelzős kialakítással. Az általunk megajánlani kívánt készüléken mindenféle fényviszonyok között, távolról is jól látható LED kijelző tájékoztat a beállított mennyiségről. A beállítást az indítás után, utólag nem lehet módosítani, így az anyagmennyiséget nem lehet manipulálni. A készülék beindulása előtt kiegészítő hangjelzéssel is figyelmeztet.

A LED kijelzővel egybeépített, érintőpaneles beállító felület segítségével a rendszer egyszerűen és megbízhatóan kezelhető, nem igényel összetett beállítási folyamatot használat előtt, a kezeléshez szükséges volumen könnyen beprogramozható, ezáltal lehetővé válik a szer pontos adagolása. A rendszer működését USB porton keresztül lekérdezhető automatikus nyomon követési funkció egészíti ki, mely a csatlakoztatott számítógép LCD kijelzőjén megjeleníthető, naplózással történő dokumentáció útján kizárja a szerfelhasználás manipulációját. A keletkezett dokumentáció elektronikus úton eltárolható, illetve kinyomtatható.

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy fentiekre való hivatkozással fogadják el a korszerű LED kijelzővel rendelkező típusú készüléket is.

Válasz: Ajánlatkérő elfogadja egyenértékűnek a korszerű LED kijelzővel rendelkező készüléket is.

Kisvárdra, 2018. február 26.



Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ajánlatkérő képviselőjeként